ResMed

AirSense™10

AUTOSET

AUTOSET FOR HER

ELITE

CPAP

Guia de início rápido

Português

℞ Only

Leia todo o Manual do usuário do AirSense™ 10 antes da utilização.

Instalação

1

Coloque o dispositivo em uma superfície plana estável.

2

Conecte o conector de energia na parte posterior do dispositivo. Conecte uma extremidade do cabo de alimentação à unidade de alimentação e a outra extremidade à tomada de energia.

3

Conecte a tubulação de ar firmemente à saída de ar localizada na parte posterior do dispositivo.

4

Abra a câmara de água e encha-a até a marca de nível máximo de água.

5

Feche a câmara de água e insira-a na lateral do dispositivo.

6



Conecte firmemente a extremidade livre da tubulação de ar à máscara montada. Pressione o botão Iniciar/Parar para iniciar a terapia.

Adaptação à terapia

Se for um novo usuário, você poderá precisar de algum tempo para se acostumar com a terapia. Isso não é incomum; a maioria dos pacientes leva de uma a duas semanas para se adaptar à pressão do ar.

Superar os sintomas por meio da alteração das configurações de conforto

Se você tiver dificuldade para se acostumar com a terapia, use os recursos de AirSense 10 conforto para ajudá-lo em sua jornada para obter um sono melhor.

- **Nariz seco ou coriza** — Se ficar com o nariz seco ou com coriza, aumente a Umidade.
- **Gotículas de água (condensação)** — Se ficar com gotículas de água no nariz, na máscara ou na tubulação de ar, reduza a Umidade.

Para alterar a Umidade:

1. Pressione o botão giratório para inserir Minhas opções.

2. Gire o botão giratório para iluminar Umidade e pressione-o para selecionar essa opção.

3. Gire o botão giratório para ajustar sua configuração preferida.



4. Pressione o botão giratório para salvar a alteração.

- **Dificuldade para dormir** — Se estiver com dificuldade para dormir com a pressão alta, ligue a Rampa automática ou aumente o Tempo de rampa.
- **Sensação de inchaço** — Se estiver com uma leve sensação de inchaço por engolir ar, ligue a Rampa automática ou aumente o Tempo de rampa.
- **Sensação de não ter ar suficiente** — Se sentir que não está recebendo ar suficiente, desligue o Tempo de rampa.

Para alterar o Tempo de rampa:

1. Pressione o botão giratório para inserir Minhas opções.



2. Gire o botão giratório para iluminar Tempo de rampa e pressione-o para selecionar essa opção.

3. Gire o botão giratório para ajustar sua configuração preferida.



4. Pressione o botão giratório para salvar a alteração.

ResMed

Limpeza

1. Lave a câmara de água e a tubulação de ar em água morna e detergente suave. Não lave em máquinas de lavar roupas ou máquinas de lavar louça.
2. Enxague a câmara de água e a tubulação de ar completamente e deixe secar fora da luz direta do sol e/ou longe de calor.
3. Limpe o exterior do dispositivo com um pano seco.

Consulte o Manual do usuário da máscara para obter instruções detalhadas sobre a limpeza da máscara.

Verificar e trocar peças regularmente

É importante para seu conforto e saúde que você verifique e troque as peças e os suprimentos regularmente. Trocar peças e suprimentos regularmente ajuda a garantir que você receba a terapia ideal e um conforto contínuo.

Consulte o Manual do usuário do AirSense 10 para obter instruções detalhadas sobre a verificação do dispositivo. Contate o seu prestador de cuidados de saúde para obter informações sobre a programação de reposição.

Guia de programação de reposição:

Todo mês	A cada 3 meses	A cada 6 meses
Acolchoado ou almofada da máscara	Armação da máscara (não inclui capacete)	Capacete
Filtros de ar	Tubulação de ar	Câmara de água

Número de série	Número do dispositivo
Tipo e tamanho da máscara	Data da instalação
Observações	

ResMed Ltd
1 Elizabeth Macarthur Drive
Bella Vista NSW 2153 Austrália

DISTRIBUÍDO POR
ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 EUA
EC REP ResMed (UK) Ltd 96 Jubilee Ave Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RW Reino Unido

Consulte www.resmed.com para conhecer outras localizações da ResMed a nível mundial. Para obter informações sobre patentes, consulte www.resmed.com/ip.
AirSense é uma marca comercial da ResMed Ltd. © 2014 ResMed Ltd. 378313/1 2014-08

ResMed.com

378313